

天
净
沙
系
列

CAT#:14-23200

低温运输，-20℃保存

BINGENE

牛白血病前病毒染料法 PCR 试剂盒

Bovine Leukemia Virus SYBR PCR Kit

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6005850; 电邮: order@bingene.com

产品及特点	牛白血病病毒（Bovine Leukemia Virus，BLV）引起牛白血病，该病以淋巴样细胞恶性增生、进行性恶病质和全身淋巴结肿大，病死率高为主要特征。感染该病的动物可终身带毒。该病毒基因组由 ssRNA 组成，病毒粒子内含有逆转录酶，在病毒复制过程中，病毒基因组经反转录成 dsDNA。该 DNA 具有感染性，并能整合于宿主细胞 DNA 中。因此区分宿主细胞内整合的 BLV 前病毒 DNA 和动物血清中的 BLV RNA 有重要的意义。为此本公司开发了简单快捷的牛白血病前病毒的染料法荧光定量 PCR 检测试剂盒，它具有下列特点： 1. 即开即用，用户只需要提供样品 DNA 模板。 2. 引物经过优化，灵敏性高，分析灵敏度可以达到 100 拷贝/反应。 3. 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 4. 特异性高，引物是根据牛白血病前病毒高度保守区设计，不会跟其他生物的 DNA 发生交叉反应。 5. 本产品足够 50 次 20μL 体系的染料法荧光定量 PCR 反应。 6. 既可用于定性，也可用于定量。用于定量时线性范围至少 5 个数量级。 7. 本产品只能用于科研。																												
规格及成分	本产品采用 5 孔盒包装 <table><tr><td>成分</td><td>编号</td><td>规格</td><td>包装材料</td></tr><tr><td>2×SYBR qPCR MasterMix</td><td>990408</td><td>0.5 mL</td><td>0.5mL 本色管</td></tr><tr><td>荧光 PCR 专用模板稀释液</td><td>180701</td><td>1 mL</td><td>1.5mL 绿盖管</td></tr><tr><td>超纯水</td><td>210806</td><td>1 mL</td><td>1.5mL 蓝盖管</td></tr><tr><td>牛白血病前病毒染料法 qPCR 引物混合液</td><td>yw14-23200</td><td>100 μL</td><td>0.5mL 白盖管</td></tr><tr><td>牛白血病病毒 PCR 阳性对照 (1×10E7 拷贝/μL)</td><td>pc23200</td><td>50 μL</td><td>0.5mL 黄盖管</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>14-23200sc</td><td>1 份</td><td>无</td></tr></table>	成分	编号	规格	包装材料	2×SYBR qPCR MasterMix	990408	0.5 mL	0.5mL 本色管	荧光 PCR 专用模板稀释液	180701	1 mL	1.5mL 绿盖管	超纯水	210806	1 mL	1.5mL 蓝盖管	牛白血病前病毒染料法 qPCR 引物混合液	yw14-23200	100 μL	0.5mL 白盖管	牛白血病病毒 PCR 阳性对照 (1×10E7 拷贝/μL)	pc23200	50 μL	0.5mL 黄盖管	使用手册	14-23200sc	1 份	无
成分	编号	规格	包装材料																										
2×SYBR qPCR MasterMix	990408	0.5 mL	0.5mL 本色管																										
荧光 PCR 专用模板稀释液	180701	1 mL	1.5mL 绿盖管																										
超纯水	210806	1 mL	1.5mL 蓝盖管																										
牛白血病前病毒染料法 qPCR 引物混合液	yw14-23200	100 μL	0.5mL 白盖管																										
牛白血病病毒 PCR 阳性对照 (1×10E7 拷贝/μL)	pc23200	50 μL	0.5mL 黄盖管																										
使用手册	14-23200sc	1 份	无																										
运输及保存	低温运输，-20℃保存，保存期限为 12 个月。																												
自备试剂	样品 DNA。																												
使用方法	一、稀释标准曲线样品（以 10E1-10E6 拷贝/μL 这 6 个 10 倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的 DNA 片段作为阳性对照。 1. 标记 6 个离心管，分别为 6，5，4，3，2，1。 2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下																												

同)。

3. 在 6 号管中加入 5 μL 1×10^7 拷贝/ μL 的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡 1 分钟,得 1×10^6 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
4. 换枪头,在 5 号管中加入 5 μL 1×10^6 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡 1 分钟,得 1×10^5 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
5. 换枪头,在 4 号管中加入 5 μL 1×10^5 拷贝/ μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡 1 分钟,得 1×10^4 拷贝/ μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
6. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

二、样品 DNA 的制备

7. 如果有 N 个样品,最好设置 N+2 个提取,多出的一个是 PC (样品制备阳性对照),一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 10 μL 第 6 步所得的第 4 号稀释液 (1×10^4 拷贝/ μL) 再加上一定量的水使总体积跟核酸纯化试剂盒所要求的起始样本体积一样,以此作为 PC。另外用水作为 NC。
8. 用自选方法纯化样品的 DNA,本试剂盒跟市场上大多数样品 DNA 提取试剂盒兼容,也可使用本公司的免提取核酸释放剂。

三、染料法 qPCR 反应 (20 μL 体系,在样品制备室进行)

9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复,则标记 N+9 个 PCR 管,其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品,1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板),6 个用于标准曲线。如果做定性分析,并且只做 1 次重复,则标记 N+4 个 PCR 管,其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品,1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板),1 个用于 PCR 阳性对照 (用第 6 步第 4 号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
10. 在标记管中按下表加入各成分 (本表只列出一一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加) :

成分	样品管 N+2 个	PCR 阴性 对照管	标准曲线 样品管 (1-6 管)
2 $\times$ SYBR qPCR MasterMix	10 μL	10 μL	各 10 μL
牛白血病前病毒染料法 qPCR 引物混合液	2 μL	2 μL	各 2 μL
N+2 个待测 DNA 模板	8 μL	不加	不加
超纯水	不加	8 μL	不加
第 6 步所得标准曲线样品	不加	不加	各 8 μL (2 号样到

	<table><tr><td>稀释液（1-6 号）</td><td></td><td></td><td>2 号管，3 号样到 3 号管…)</td></tr></table>	稀释液（1-6 号）			2 号管，3 号样到 3 号管…)										
	稀释液（1-6 号）			2 号管，3 号样到 3 号管…)											
	11. 盖上盖子后上机，按下面参数进行 PCR：														
	<table><tr><td>过程</td><td>温度</td><td>时间</td></tr><tr><td>预变性</td><td>95℃</td><td>5 分</td></tr><tr><td rowspan="2">PCR 反应 (35 个循环)</td><td>95℃</td><td>10 秒</td></tr><tr><td>60℃</td><td>40 秒（采集 SYBR 通道的荧光信号）</td></tr><tr><td>溶解曲线分析</td><td></td><td>按 qPCR 仪器手册执行</td></tr></table>	过程	温度	时间	预变性	95℃	5 分	PCR 反应 (35 个循环)	95℃	10 秒	60℃	40 秒（采集 SYBR 通道的荧光信号）	溶解曲线分析		按 qPCR 仪器手册执行
	过程	温度	时间												
	预变性	95℃	5 分												
	PCR 反应 (35 个循环)	95℃	10 秒												
		60℃	40 秒（采集 SYBR 通道的荧光信号）												
	溶解曲线分析		按 qPCR 仪器手册执行												
	注意：循环次数不要超过 35 个循环。														
五、数据处理															
12. 通过溶解曲线分析的结果排除无效数据。有 Ct 值，但 Tm 值跟阳性对照 Tm 不一样的样品（包括对照和待测样品），归为假阳性，数据无效，不予以分析。Tm 跟阳性对照 Tm 一致的，为有效 Ct。															
13. 如果两种阴性对照的溶解曲线所得 Tm 值跟阳性对照的 Tm 值一样，说明环境或试剂可能有过去的 PCR 扩增产物污染，则此次实验无效，需要解决污染问题再进行实验。															
14. 如果两种阴性对照（样品制备阴性对照和 PCR 阴性对照）是假阳性，可以继续分析其它样品有效数据。															
15. 对定量检测，以阳性对照样品的浓度的 log 值为横轴，以有效 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的有效 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值，再换算出待测样品的 DNA 浓度。															
16. 对定性检测，则有有效 Ct 值的为阳性，无有效 Ct 值的为阴性。															
关联产品	牛白血病病毒荧光及可视化 LAMP 检测试剂盒														