

天
净
沙
系
列

CAT#:14-46800
低温运输, -20℃保存

BINGENE

盖塔病毒染料法 qRT-PCR 试剂盒

Getah Virus SYBR qRT-PCR Kit

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6005850; 电邮: order@bingene.com

产品及特点	盖塔病毒(Getah virus,GETV)是一种 RNA 病毒，属于披膜病毒科甲病毒属的虫媒病毒。GETV 感染已在多种脊椎动物中发现,包括人类、猴子、鸟类、猪、马和其他哺乳动物。GETV 感染可导致马出现发热、全身皮疹和腿水肿,仔猪关节炎和母猪生殖障碍等。目前 GETV 在世界范围内流行较为广泛,近年来逐步在猪群中暴发,导致部分猪场经济损失严重。因此灵敏快捷诊断 GETV 具有重要的意义。本产品基于染料法 qRT-PCR 原理开发。它具有下列特点： 1. 一站式，用于不需要单独准备每种成分，只需要提供 RNA 样品。 2. 基于染料法 qRT-PCR 检测，灵敏度比常规 RT-PCR 高 10-100 倍，可以达到至少 100 拷贝/反应。 3. 根据盖塔病毒的保守基因序列设计的引物，具有良好的特异性，不会跟其它生物的 RNA 发生交叉反应。 4. 使用一管式 qRT-PCR 技术，RT 和 PCR 两步在一个试管内完成，不需要中间转移样品，降低了操作误差和可能的污染。 5. 本产品既可用于定性检测，也可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少有 5 个数量级。 6. 本产品足够 50 次 20μL 体系的 RT-PCR 反应 7. 只能用于科研，不能用于临床。																															
规格及成分	本产品采用五孔盒包装 <table><tr><th>成份</th><th>编号</th><th>规格</th><th>包装材料</th></tr><tr><td>2×SYBR qRT-PCR 缓冲液</td><td>990102a</td><td>500 μL</td><td>0.5mL 本色管</td></tr><tr><td>10×SYBR qRT-PCR 酶混合液</td><td>990102b</td><td>100 μL</td><td>0.5mL 红盖管</td></tr><tr><td>荧光 PCR 专用模板稀释液</td><td>180701</td><td>1 mL</td><td>1.5mL 绿盖管</td></tr><tr><td>盖塔病毒 qRT-PCR 引物干粉</td><td>yw14-46800fq</td><td>50 次</td><td>0.5mL 白盖管</td></tr><tr><td>盖塔病毒 qRT-PCR 阳性对照 (1×10E7 拷贝/μL)</td><td>pc46800-MK693225.1</td><td>50 μL</td><td>0.5mL 黄盖管</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>14-46800sc</td><td>1 份</td><td>无</td></tr></table> 注意：引物-探针干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入 140uL 的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。				成份	编号	规格	包装材料	2×SYBR qRT-PCR 缓冲液	990102a	500 μL	0.5mL 本色管	10×SYBR qRT-PCR 酶混合液	990102b	100 μL	0.5mL 红盖管	荧光 PCR 专用模板稀释液	180701	1 mL	1.5mL 绿盖管	盖塔病毒 qRT-PCR 引物干粉	yw14-46800fq	50 次	0.5mL 白盖管	盖塔病毒 qRT-PCR 阳性对照 (1×10E7 拷贝/μL)	pc46800-MK693225.1	50 μL	0.5mL 黄盖管	使用手册	14-46800sc	1 份	无
成份	编号	规格	包装材料																													
2×SYBR qRT-PCR 缓冲液	990102a	500 μL	0.5mL 本色管																													
10×SYBR qRT-PCR 酶混合液	990102b	100 μL	0.5mL 红盖管																													
荧光 PCR 专用模板稀释液	180701	1 mL	1.5mL 绿盖管																													
盖塔病毒 qRT-PCR 引物干粉	yw14-46800fq	50 次	0.5mL 白盖管																													
盖塔病毒 qRT-PCR 阳性对照 (1×10E7 拷贝/μL)	pc46800-MK693225.1	50 μL	0.5mL 黄盖管																													
使用手册	14-46800sc	1 份	无																													
运输及保存	低温运输，-20℃保存，保存期限为 12 个月。阳性对照需要单独放置。																															
自备试剂	样品 RNA																															

使用方法

一、稀释阳性对照（以 10E1-10E6 这 6 个 10 倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行）。

1. 标记 6 个离心管，分别为 6, 5, 4, 3, 2, 1。用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同）。

2. 换枪头，在 6 号管中加入 5 μL 1×10E7 拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡 1 分钟，得 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。

3. 换枪头，在 5 号管中加入 5 μL 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 1×10E5 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。

4. 换枪头，在 4 号管中加入 5 μL 1×10E5 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 1×10E4 拷贝/μL 的阳性对照。放冰上待用。

5. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的阳性对照。放冰上待用。

二、样品 RNA 的制备

6. 如果有 N 个样品，必须设置 N+2 个提取，多出的一个是 PC（样品制备阳性对照），一个是 NC（样品制备阴性对照）。可以用 10μL 上得到的阳性对照梯度稀释液中的第 4 号（浓度为 1×10E4 拷贝/μL，10μL 相当于 1 万拷贝）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟核酸纯化试剂盒所要求的样本起始体积一样）。可以用水作为制备的阴性对照。

7. 用自选方法纯化 N+2 个样品的 RNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒样品 RNA 提取试剂盒兼容，也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。

三、设置 RT-PCR 反应（20μL 体系，在样品制备室进行）

8. 如果做定量分析并且只做 1 次重复，则标记 N+9 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），6 个用于标准曲线。如果做定性分析，并且只做 1 次重复，则标记 N+4 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照（用水做模板），1 个用于 PCR 阳性对照（用第 6 步第 4 号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。

9. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，阳性对照样品要等所有管子盖上盖子后最后加）：

成分	N+2 个制备所得样品	RT-PCR 阴性对照	RT-PCR 阳性对照（1-6 管）
----	-------------	-------------	--------------------

2×SYBR qRT-PCR 缓冲液	10μL	10μL	各 10μL
盖塔病毒 qRT-PCR 引物混合液	2.5μL	2.5μL	各 2.5μL
N+2 个 RNA 模板	5.5μL	不加	不加
自备超纯水	不加	5.5μL	不加
6 个阳性对照稀释液	不加	不加	各 5.5μL (2 号样到 2 号管, 3 号样到 3 号管…)
10×SYBR qRT-PCR 酶混合液	2μL	2μL	2μL

10. 上机后按下面参数进行 RT-PCR。

过程	温度	时间
RT (逆转录)	50℃	30 分钟
预变性	95℃	2 分钟
PCR 反应 (35 个循环)	95℃	20 秒
	56℃	60 秒 (采集 SYBR 通道的荧光信号)
按仪器预设程序进行溶解曲线分析		

注意：循环次数最好不要超过 35 次。

四、数据处理

- 通过溶解曲线分析的结果排除无效数据。有 Ct 值，但 Tm 值跟阳性对照 Tm 不一样的样品（包括对照和待测样品），归为假阳性，数据无效，不予以分析。
Tm 跟阳性对照 Tm 一致的，为有效 Ct。
- 如果两种阴性对照的溶解曲线所得 Tm 值跟阳性对照的 Tm 值一样，说明环境或试剂可能有过去的 qRT-PCR 扩增产物污染，则此次实验无效，需要解决污染问题再进行实验。
- 如果两种阴性对照（样品制备阴性对照和 qRT-PCR 阴性对照）是假阳性，可以继续分析其它样品有效数据。
- 对定量检测，以阳性对照样品的浓度的 log 值为横轴，以有效 Ct 值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的有效 Ct 值从标准曲线上推算出样品 RNA 浓度的 log 值，再换算出待测样品的 RNA 浓度。
- 对定性检测，则有有效 Ct 值的为阳性，无有效 Ct 值的为阴性。

关联产品	盖塔病毒荧光及可视化 RT-LAMP 检测试剂盒
------	--------------------------

20221011dx